

Анализ клетчатки COEX



Производитель: VELP
SCIENTIFICA

Модель: COEX

<https://assa-group.ru/coex>

Аппарат для холодной экстракции.

Образцы для экстракторов VELP должны содержать максимум 1% жиров, в противном случае необходимо провести обезжиривание с помощью ацетона, гексана или петролейного эфира. Оборудование Coex позволяет быстро обезжирить образцы в пробирках, используемых в Fiwe 3 и 6 для последующих операций.

<https://assa-group.ru/coex>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и



+7 499 490-02-72

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804

zapros@assa-group.ru

www.assa-group.ru

проконсультируем в юридических
вопросах.