



Волюмометрический титратор «Эксперт-007МВ»

Производитель: **Эконикс-эксперт**

Модель: **Эксперт-007МВ**

<https://assa-group.ru/expert-007-mb>

Волюмометрический титратор Фишера модификация «Эксперт-007М В» осуществляет объемное титрование по ГОСТ 24870.

Комплект поставки:

- анализатор «Эксперт-007МВ»
- блок коммутации
- титровальная ячейка
- электрод (комплект) – 1 шт.
- цифровая управляемая бюретка
- бутылъ из затемненного стекла на 1 л
- комплект переходников на бутылки
- магнитная мешалка

- хлор-кальциевая трубка
- порт ввода пробы
- блок питания
- кабель ПК
- ПО
- документация, первичная поверка

Технические характеристики волюмометрического титратора Фишера «Эксперт-007М В»

Приведенная относительная погрешность титратора в комплекте с измерительной ячейкой %	± 2
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения количества вещества (воды) измерительным преобразователем, %	± 0.3
Диапазон измерения массы воды в пробе, мг	От 0.01 до 150
%	От 0.01 до 100
Объем бюретки	30 мл
Точность дозирования титранта	± 0.003 мл
Габариты бюретки	85x200x270
Регулируемая скорость титрования от	0.01 с
https://assa-group.ru/expert-007-mb	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.