



Анализатор кислорода / водорода ELEMENTRAC OH-p

Производитель: Eltra

Модель: ELEMENTRAC OH-p

<https://assa-group.ru/analizator-elementrac-oh-p>

Анализатор ELEMENTRAC OH-p определяет содержание кислорода и водорода в неорганических материалах методом восстановительного плавления в токе инертного газа в импульсной печи с температурой до 3,000 °С.

Анализатор **ELEMENTRAC OH-p** гарантирует точный и быстрый анализ. Анализатор позволяет выполнять анализы в разнообразных материалах, таких как металлы, керамика и другие неорганические материалы.

Анализатор **ELEMENTRAC OH-p** может иметь до двух инфракрасных ячеек с различной длиной кювет, закрывая и низкий и высокий диапазон содержаний кислорода. Содержание водорода в анализаторе OH-900 определяется с помощью стабильной и чувствительной ячейки теплопроводности.

Примеры применения

сплавы, чугун, керамика, медь, огнеупоры, сталь

Преимущества оборудования

- одновременный анализ кислорода/водорода методом восстановительного плавления
- новое: закрытая газовая схема и оптимизированный поток газа-носителя для чувствительного анализа кислорода и водорода
- новое: увеличенная по размеру реагентная трубка реактива Шутце для анализа кислорода
- новое: электронный контроль скорости газового потока и автоматический тест на утечки газовой системы
- новое: охлаждаемое водой устройство сброса образца для эффективного удаления атмосферных газов
- гибкая конфигурация анализатора и настраиваемые диапазоны измерения для O и H
- высокая чувствительность ИК детектора и детектора теплопроводности, низкие пределы обнаружения
- короткое время анализа
- быстрый, точный, правильный и стабильный анализ концентраций элементов
- мощная импульсная печь с мощностью 8,5 кВт для температур до 3,000°C
- экономичный анализ стружки без капсул
- новое: реактивы и трубки с реактивами закрыты передней дверью (дверь можно снять)
- новое: абсолютно новое программное обеспечение, позволяющее выполнять экспорт данных и методик
- одноточечная и многоточечная калибровка (линейная регрессия)
- новое: охлаждение печи водопроводной водой, теплообменником или чиллером
- новая конструкция позволяет использовать анализатор в производстве и лаборатории

Принцип работы

Работа на ELEMENTRAC OH-p

Работа на анализаторе ELEMENTRAC OH-p проста и безопасна. Проба взвешивается на весах, подключенных к управляющему компьютеру, вес передается автоматически. Если необходимо, вес пробы может быть введен вручную в программное обеспечение. Проба помещается в устройство сброса образца, и в печь устанавливается новый графитовый тигель. В зависимости от методики кладутся дополнительные акселераторы для понижения температуры плавления (например, никель или олово), а также может помещаться в никелевую корзинку и капсулу. Время выполнения полного цикла анализа - около 2,5 минут. Во время выполнения анализа на мониторе отображаются сигналы с детекторов и параметры измерения. По окончании анализа автоматически производится расчет сигналов и результат отображается на экране. Данные также могут быть переданы во внешние системы сбора данных (LIMS). Анализатор ELEMENTRAC OH-p требует минимального обслуживания. Фильтр пыли и трубки с реактивами находятся за передней дверью прибора. Дверь можно убрать для постоянного визуального контроля реактивов.

Принцип измерения ELEMENTRAC OH-p

Принцип измерения анализатора ELEMENTRAC OH-p позволяет выполнять анализы в широком диапазоне содержаний. Для выполнения анализа проба взвешивается и помещается в устройство сброса образца. Устройство сброса образца продувается газом-носителем, чтобы избежать попадание атмосферы в печь.

Графитовый тигель дегазируется в импульсной печи, чтобы уменьшить возможное загрязнение (например, остаточный водород). После фазы стабилизации проба сбрасывается в тигель и плавится. Моноксид углерода образуется в результате реакции углерода из тигля с кислородом из пробы. Азот и водород выходят в виде молекул. Газ-носитель (азот) и газы, выделившиеся в результате плавления, проходят через фильтр пыли, затем

попадают в реагент Шутца, в котором происходит окисление CO в CO₂.

CO₂ анализируется с помощью инфракрасных кювет на содержание кислорода. После этого CO₂ задерживается реактивами и производится анализ водорода в термокондуктивной ячейке.

Характеристики

Измеряемые элементы	кислород, водород
Материал проб	неорганические материалы
Направление ввода пробы в печь	вертикально
Подача пробы в печь	графитовый тигель
Область применения	керамика, разработки / электроника, сталь / металлургия
Печь	импульсная печь (максимальная мощность 8,5 кВт*) с температурой до 3.000 °С
Принцип детектирования	метод инфракрасной абсорбции для кислорода, метод теплопроводности газов для водорода
Типичное время анализа	120 - 180 с
Требуемые реактивы	перхлорат магния, реагент Шутце, гидроксид натрия
Требуемый газ	сжатый воздух, азот 99.995%, все газы с давлением 2 - 4 bar
Требования к электропитанию	3 фазы 400 В, 50/60 Гц, макс. 8,500 Вт
Размеры (Ш x В x Г)	57 x 77 x 63 см
Вес	~ 161 кг
Требуемое оборудование	ПК, монитор, весы (точность 0.0001г)
Опции	печь очистки газа-носителя,

Ярлык АТМ

устройство газовой калибровки,
внешний чиллер
* Программно ограничено на
уровне 6.8 кВт

<https://assa-group.ru/analizator-elementrac-oh-p>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.