



Анализатор рентгеновский энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах СПЕКТРОСКАН S

Производитель: СПЕКТРОН

Модель: СПЕКТРОСКАН S

<https://assa-group.ru/spektroskan-s>

Рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный анализатор предназначен для определения массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах.

Рекомендован к применению для контроля качества нефти и нефтепродуктов по ГОСТ Р 51947-02 (ASTM D 4294-98) по показателю "массовая доля серы" Техническим Комитетом по стандартизации ТК 31

Особенности:

- Боковое расположение кюветы с пробой в кюветном отделении.
- Исключена необходимость в дополнительной защите от пролива пробы.
- Проба расположена максимально близко к трубке и детектору.
- Встроенные компьютер, клавиатура, дисплей, принтер.
- Прост в обращении, пусконаладочные работы не

требуются.

- Исключены погрешности, вызванные наличием воды в нефтепродуктах.
- Исключена возможность попадания нефтепродуктов внутрь анализатора вследствие прорыва пленки на кювете.

Определяемый элемент	S (сера)
Нижний предел обнаружения за 200 с, ppm	5
Нижний предел количественного определения, %	0.002
Рабочий диапазон концентраций, до %	0,1/ 0,1...5
Верхний предел определения	Не ограничен
Способ выделения линии серы	Энергодисперсионный канал со спектральными фильтрами
Собственная аппаратная погрешность, относительных %	<0,5
Время измерения двух параллельных проб (1 образец), мин	2
Время экспозиции, с	10 ... 100
Пробозагрузочное устройство	Боковое, на один образец
Размер кюветы (диам. мм/объем, см ³)	32/ 5 ... 8
Мощность рентгеновской трубки, Вт	0,75
Интерфейс	Встроенный дисплей и термопринтер (лента 56 мм)
Габаритные размеры, мм	335 x310 x160
Масса, кг	8
https://assa-group.ru/spektroskan-s	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.