



Лабораторная система очистки воды Аквалаб AL

Производитель: Медиана-Фильтр

Модель: Аквалаб AL

<https://assa-group.ru/akvalab-al>

Назначение: получение из питьевой водопроводной воды:

- воды для лабораторного анализа степени чистоты 2*), воды типа 2**) (< 1 мкСм/см);
- воды качества дистиллята***), воды типа 3**) (< 5 мкСм/см);
- воды очищенной****) ($< 4,3$ мкСм/см).

- Удобство и простота обслуживания, быстросъёмный тип присоединения картриджей
- Цифровой кондуктометр
- Большой ресурс сменных картриджей
- Полная автоматизация
- Настольное и настенное исполнение

Габаритные размеры (ВхДхШ), мм: 710x430x320

Вес без воды, кг: до 30

Электрическое подключение, В: 220 (50 Гц)

Мощность потребляемая, Вт: 50

Параметры исходной воды

- температура, °С: 5...38
- давление, бар: $< 6,9$

Модель	Производительность, л/ч	Комплект расходных материалов на 1 год
AL-1	6	MIX-1 ROC — 1 шт.*****)
AL-2	12	MIX-2 ROC — 2 шт.*****)
AL-4	24	MIX-4 ROC — 4 шт.*****)

Установки Аквалаб поставляются с блоками предварительной очистки БПО-6 или БПО-7 (два или один картридж CFC 15"), позволяющими повысить ресурс картриджей БПО-3, БПО-4 примерно в два раза.

К установкам Аквалаб может быть опционально подключено дополнительное оборудование.

*) По ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа»

**) По ASTM, CLSI, ISO 3696, CAP

***) По ГОСТ 6709-97 «Вода дистиллированная»

****) По ФС.2.2.0020.15 «Вода очищенная»

*****) При хорошем качестве воды возможна более редкая замена мембранных элементов ROC (1 раз в 2...3 года)

<https://assa-group.ru/akvalab-al>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.