



Электроимпульсный литотриптор «Уролит»

Производитель: МедЛайн

Модель: Уролит

<https://assa-group.ru/urolit>

Электроимпульсный литотриптор «Уролит», производства ООО «МедЛайн», г. Томск, предназначен для контактной электроимпульсной литотрипсии. Прибор рекомендован для применения в специализированных медицинских учреждениях для контактного разрушения урологических камней в мочевыделительной системе человека.

Конкурентные преимущества:

- успешно работает в более чем 150 урологических отделениях России и СНГ
- рекомендован ведущими урологами России
- безопасен и эффективен
- прост и надежен в использовании
- экономически выгоден
- совместим со всеми видами эндоскопов

Дополнительные возможности:

- при дроблении камней мочевого пузыря - полная фрагментация конкрементов без их миграции и травмирования слизистой, что особенно важно перед ТУР,
- при дроблении камней в почке - фрагментировать и удалять отломки не только из лоханки и больших и малых чашечек, но и из

- чашечек нижнего полюса почки,
- благодаря наличию зондов малого диаметра, просвет рабочего канала позволяет обеспечить адекватный ток ирригационной жидкости и получить хорошую видимость,
 - хорошая разрушающая способность при дроблении камней любой плотности, в мочеточнике достаточно нескольких импульсов и конкременты разрушаются «в песок»,
 - компактность прибора, удобство и простота управления.

№	Наименования параметра	Ед. изм.	Требования
1	Номинальное напряжение электропитания прибора		220В, 50Гц
2	Потребляемая прибором мощность не превышает	Вт	50
3	Время выхода прибора на рабочий режим после включения в сеть не превышает	мин	6
4	Энергия в импульсе регулируется в пределах	Дж	0,05-1,0
5	Амплитуда импульса выходного напряжения до	кВ	9
6	Режимы		-однократный;

	следования импульсов:		-серией.
7	Количество импульсов генерируемых в единичной серии	шт	2-99
8	Частота следования импульсов в пачке регулируется от	Гц	0,5-5
9	Прибор допускает непрерывную работу в режиме «ожидания» (с включенным переключателем «Сеть») не менее	ч/сутки	8
10	Индикатор, указывающий на наличие подключенного к прибору заземления		наличие
11	Прибор обеспечивает световую индикацию параметров выходных импульсов		наличие
12	Диаметр	Fr	от 2,0 до 8,0

	гибкого зонда		
13	Дополнительная функция: автоматический мониторинг ресурса и эффективности зонда		наличие

<https://assa-group.ru/urolit>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.