



Аспиратор

Производитель: **Хроматэк**

Модель: Аспиратор

<https://assa-group.ru/aspirator-hromatek-pv-2>

Назначение

Аспиратор "Хроматэк ПВ-2" разработан специально для отбора проб воздуха на сорбционные трубки при проведении хроматографического анализа. Принцип работы аспиратора заключается в прокачивании пробы воздуха через сорбционные трубки с помощью насоса. Задание расхода и времени отбора осуществляется при помощи управляющих кнопок. Аспиратор "Хроматэк ПВ-2" является уникальным среди двухканальных устройств, благодаря способности обеспечить достаточный вакуум для отбора проб в сорбционные трубки с наружным диаметром 5мм.

Аспиратор "Хроматэк ПВ-2" выпускается в соответствии с ТУ 4215-020-12908609-2011. Каждый прибор проходит государственную метрологическую поверку. Свидетельство RU.C.29.118.A №54241 об утверждении типа средств измерений. Выдано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 4.03.2014. Зарегистрировано под № 56604-14.

Количество каналов	2
Диапазон задания расхода, мл/мин	от 20 до 200
Диапазон задания времени отбора, мин:с	от 00:10 до 99:59
Перепад давления, преодолеваемый аспиратором, кПа, не менее	20
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности задания расхода, %	± 5
Пределы допускаемой основной относительной погрешности задания интервала времени, %	± 0.5
Габаритные размеры (ширина, глубина, высота), мм, не более	300, 249, 196
Масса, кг, не более	7
Потребляемая мощность, Вт, не более	50

Электрическое питание осуществляется от сети переменного тока (220 В, 50 Гц), бортовой сети автомобиля (12 В) или встроенного аккумулятора.

- Два канала для отбора с независимым заданием расхода;
- Совместимость с сорбционными трубками для термодесорбера ТДС-1 (одностадийного и двухстадийного);
- Электронное регулирование потока прокачиваемого воздуха;
- Встроенный цифровой индикатор;
- Автоматический расчет объема прокачиваемого воздуха;
- Журнал с записью даты и времени отбора, расхода и объема прокачиваемого воздуха (20 отборов);

- Удобный кейс для транспортирования;
- Для проведения поверки не требуется мыльно-пленочный расходомер.

<https://assa-group.ru/aspirator-hromatek-pv-2>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.