+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Приставки для спектрофотометров SolidSpec-3700/SolidSpec-3700 DUV

Производитель: Shimadzu Corporation

Модель:

https://assa-group.ru/pristavki-dlya-spektrofotometrov-solidspec-3700solidspec-3700-duv

	Автоматическая система прецизионного перемещения образца (X – Y позиционер) для спектрофотометра SolidSpec-3700/3700DUV Позволяет проводить измерения в предварительно заданных точках, картировать поверхность (размеры образца в этом случае — не более 310×310 мм, 40 мм толщиной).
	Приставка для непосредственного детектирования DDU/DDU-DUV для спектрофотометра SolidSpec-3700/3700DUV Представляет собой кюветное отделение, подобное кюветному отделению обычного

+7 499 490-02-72 634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
zapros@assa-group.ru www.assa-group.ru

	спектрофотометра. Диапазон длин волн: DDU 190 – 3300 нм (когда отделение установлено в SolidSpec-3700); DDU-DUV 165 – 3300 нм (когда отделение установлено в SolidSpec-3700DUV).
	Блок для продувки кюветного отделения инертным газом для спектрофотометра SolidSpec-3700/3700DUV Приставка используется с прибором SolidSpec-3700 с блоком DDU/DDU-DUV для удаления кислорода из кюветного отделения с помощью продувки чистым азотом, что позволяет проводить измерения в области вакуумного УФ.
	Приставка зеркального отражения для больших образцов для спектрофотометра SolidSpec-3700/3700DUV Для измерений в режиме относительного зеркального отражения. Устанавливается в корпус спектрофотометра и позволяет располагать образец горизонтально. Размер образца: максимум 470×560×40 мм.
	Приставка абсолютного

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

	зеркального отражения (5°, 12°, 30°, 45°) Удобное переключение с режима 100% пропускания на режим измерения образца. Размер образца: 25-200 мм в диаметре или 20 – 150 мм, до 30 мм толщиной. При угле падения более 30° требуется поляризатор.

	Поляризатор Используется для точных измерений коэффициента отражения при большом угле падения. Этот поляризатор может использваться только с приставкой абсолютного зеркального отражения.

https://assa-group.ru/pristavki-dlya-spektrofotometrov-solidspec-3700solidspec-3700-duv

Подберем

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

оборудование конкретно под вашу задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.

+ 7 495 215-06-01