



Аппарат для измерения параметров нефти и нефтепродуктов УОФТ-01

Производитель: ЭКРОС

Модель: УОФТ-01

<https://assa-group.ru/apparat-uoft-01>

Предназначен для определения коэффициента фильтруемости моторных топлив по ГОСТ 19006 - 73. Применяется в организациях, контролирующих качество ГСМ, нефтеперерабатывающей промышленности, системе сбыта нефтепродуктов.

Сборка прибора и определение коэффициента фильтруемости производится по ГОСТ 19006 - 73.

1. Аппарат типа УОФТ:

- стеклянная градуированная трубка, отрезанная от бюретки 1-2-50-0,1 по ГОСТ 20292-74 в металлической оправе, шт. - 1
- кран К1ХКШ- 2 - 32- 2,5 по ГОСТ 7995-80 в оправе фильтрующего устройства, шт. - 1
- оправа фильтра, шт. - 1
- седло фильтра, шт. - 1
- прокладка 1 17 19, шт. - 2
- прокладка 1 15 17, шт. - 2

2. Бумага фильтровальная марки БФДТ с тонкостью отсева не

более 3 мкм и толщиной (0,33+/-0,03) мм, кол. анализов, шт - 50

3. Воронка стеклянная вместимостью 50 см³ по ГОСТ 1770 - 74, шт.
- 1

4. Стакан В или Н исполнения 1 или 2 вместимостью 400 или 600 см³ по ГОСТ 25336 - 82, шт. - 1

5. Цилиндр 1-50 по ГОСТ 1770-74, шт. - 1

6. ГОСТ 19006 - 73, шт. - 1

7. Руководство по эксплуатации, шт. - 1

8. Футляр для хранения, шт - 1

Транспортные данные/габариты/вес:

1 дер. ящик, 460 x 150 x 150 мм., 2 кг.

<https://assa-group.ru/apparat-uoft-01>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.