



Установка получения высокоочистой воды для лабораторий АКВАЛАБ

Производитель: Медиана-Фильтр

Модель: АКВАЛАБ

<https://assa-group.ru/akvalab>

Установки получения высокоочистой воды для лабораторий производятся с момента основания компании в 1997 г. За это время нами произведено и поставлено более 10 тысяч установок, позволяющих в автоматическом режиме получать воду, соответствующую самым жестким стандартам качества .

Опираясь на свой огромный опыт в области создания высокотехнологичных систем водоподготовки для самых разных отраслей промышленности, медицины и фармацевтики, компания МЕДИАНА-ФИЛЬТР разработала и предлагает Вашему вниманию обновленную линейку лабораторных установок серий УВОИ-МФ-1812 и ДВС-М-1812 «АКВАЛАБ», не уступающих лучшим мировым образцам по надежности и качеству и превосходящих их по удобству обслуживания.

Области применения:

- Замена дистилляторов и бидистилляторов
- Питание анализаторов биохимических, иммуноферментных
- Питание моечных машин, стерилизаторов, парогенераторов, автоклавов
- Питание хроматографов жидкостных, газожидкостных

- ПЦР-анализ
- Питание химических реакторов
- Питание климатических камер
- Генераторы водорода
- Амплификация, клонирование, секвенирование ДНК и РНК
- Отмывка плат и др.

Установки АКВАЛАБ предельно просты и удобны в обслуживании.

Качество получаемой воды:

Вода 1 типа

ультрачистая с удельным сопротивлением 18,18 МОм*см при 25 °С (вода 1 типа по ASTM, NCCLS, ISO 3696, CAP).

Вода 2 типа

качества бидистиллята с удельной электропроводностью не более 1 мкСм/см (вода для лабораторного анализа степени чистоты 2 по ГОСТ ГОСТ Р 52501-2005; вода 2 типа по ASTM, NCCLS, ISO 3696, CAP).

Вода 3 типа

качества дистиллята с удельной электропроводностью не более 5 мкСм/см (вода дистиллированная по ГОСТ 6709-97; вода 3 типа по ASTM, NCCLS, ISO 3696, CAP).

Вода для инъекций

с удельной электропроводностью не более 1,1 мкСм/см, стерильная, апиrogenная (вода для инъекций по ФС 2.2.0019.15 и EP 8.0 изд. 2014) .

Вода очищенная

с удельной электропроводностью не более 4,3 мкСм/см (вода очищенная по ФС 2.2.0020.15 и ЕР 8.0 изд. 2014) .

Оборудование сертифицировано, имеет регистрацию Министерства Здравоохранения РФ (Рег. удостоверение № РГН 2014/1942) и выпускается в соответствии с требованиями надлежащего производства ISO 9001.

<https://assa-group.ru/akvalab>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.