



Аппарат ИВЛ Zisline MV200 K0.18

Производитель: Тритон-
Электроникс

Модель: Zisline MV200 K0.18

<https://assa-group.ru/zisline-mv200-k0-18>

Аппарат для проведения искусственной вентиляции легких в отделениях реанимации, хирургии, интенсивной терапии, для внутригоспитальной транспортировки.

Для проведения респираторной терапии в аппарате предусмотрен широкий выбор режимов вентиляции

Категории пациентов: взрослые, дети.

Дисплей: 12,1" сенсорный цветной дисплей с возможностью регулировки угла обзора, кнопки быстрого доступа к параметрам, энкодер.

Питание: 220 В, аккумулятор встроенный, не менее 4 часов работы.

Триггерная система: по потоку и по давлению.

Режим отображения данных: одновременно до 3 кривых и до 2 петель.

Газоснабжение дыхательной смесью: воздух от встроенной

турбины.

кислород – от центральной газовой сети, концентратора, баллона.

USB-порт.

РЕЖИМЫ ИВЛ:

Режимы принудительной ИВЛ	с управляемым объемом	CMV VCV
	с управляемым давлением	CMV PCV
Режимы синхронизированной перемежающейся ИВЛ	с управляемым объемом и поддержкой давлением спонтанных вдохов	SIMV VC
	с управляемым давлением и поддержкой давлением спонтанных вдохов	SIMV PC
Режимы самостоятельного дыхания	самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением с возможностью поддержки давлением	CPAP
	самостоятельное дыхание с двумя уровнями постоянного положительного	BiSTEP

	давления	
	вентиляция с освобождением давления в дыхательных путях	APRV
Функция поддержки давлением	Функция поддержки давлением	PS

ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯЦИИ:

Дыхательный объем	20-2000 мл
Частота дыхания	1-80 дых./мин.
Время вдоха	0,2-10 с
Чувствительность триггера по потоку	1-20 л/мин.
Чувствительность триггера по давлению	1-20 см вод. ст.
ПДКВ	0-35 см вод. ст.
Давление вдоха	0-100 см вод. ст.
Давление поддержки	0-80 см вод. ст.
Отношение I:E	1:99-4:1

МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ ВЕНТИЛЯЦИИ:

БАЗОВЫЙ МОНИТОРИНГ:
Максимальное давление на вдохе, давление плато, среднее давление, ПДКВ, автоПДКВ
Минутный объем дыхания
Объем вдоха, объем выдоха
Частота дыханий, частота спонтанных вдохов
Комплаинс C
Резистенс R
Отношение I:E

Концентрация кислорода на вдохе FiO_2
Величина утечки
Максимальный поток на вдохе
РАСШИРЕННЫЙ МОНИТОРИНГ:
Конечное давление выдоха
Величина потока в конце выдоха
Временная константа на вдохе, временная константа на выдохе
Стресс-индекс
Индекс респираторного усилия
Работа дыхания пациента, работа дыхания аппарата
Время вдоха
Коэффициент спонтанного дыхания
Сопротивление выдоху
Сопротивление контура
Растяжимость контура
Динамический комплайнс

ГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ:

Одновременное отображение на экране до 3 кривых и до 2 петель, по выбору пользователя
Кривые на выбор: поток-время, давление-время, объем-время
Петли: объем-давление, поток-объем, поток-давление
https://assa-group.ru/zisline-mv200-k0-18

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических

вопросах.